

福建省市场监督管理局文件

闽市监认证〔2025〕309号

福建省市场监管局关于2025年度 检验检测机构能力验证结果的通报

各设区市、平潭综合实验区市场监管局，各有关检验检测机构：
为认真落实省委、省政府关于检验检测机构能力提升工作的部署要求，加大我省检验检测机构资质认定事中事后监管力度，更好地服务全省经济社会高质量发展，省市场监管局组织对食品、机动车、生态环境等社会重点关注领域的检验检测机构开展了能力验证工作。现将结果通报如下：

一、能力验证基本情况

本年度组织开展的4个能力验证项目中，“茶叶中铅、镉、砷、汞、铬含量的测定”“蔬菜中噻虫嗪和噻虫胺残留量的测定”

“水中无机氟离子和氯离子的测定”等3个项目，共有848家次检验检测机构参加，经初测及补测，结果为“合格”的837家次、结果为“不合格”的11家次，总体合格率98.7%；“机动车检验机构授权签字人考核”项目，有393家机构的777名授权签字人参加考核，经初测及补测，最终383家745名授权签字人结果为“合格”，合格率95.9%。

验证结果表明，参加本次能力验证的检验检测机构在相应检测能力上总体得到了保持，相关技术人员和检测仪器能够符合资质认定要求。但同时，也有少数检验检测机构经补测结果仍然为“不合格”。

二、能力验证具体情况

(一) 茶叶中铅、镉、砷、汞、铬含量的测定。共组织437家次参加此次能力验证项目，总体合格率97.48%。其中“茶叶中铅的含量测定”的机构共有100家，5家不合格，合格率为95%；参加“茶叶中镉的含量测定”的机构共有90家，1家不合格，合格率为98.9%；参加“茶叶中砷的含量测定”的机构共有91家，全部合格，合格率为100%；参加“茶叶中汞的含量测定”的机构共有83家，1家不合格，合格率为98.8%；参加“茶叶中铬的含量测定”的机构共有73家，4家不合格，合格率为94.5%。不合格情况详见附件1。

(二) 蔬菜中噻虫嗪和噻虫胺残留量的测定。该项目共有48家机构参加，初测3家不合格，经过补测，48家结果为“合格”，合格率100%。

(三)水中无机氟离子和氯离子的测定。“水中无机氟离子和氯离子的测定”项目报名 363 家，初测 6 家不合格，经过补测，363 家结果为“合格”，合格率 100%。

(四)机动车检验机构授权签字人考核。共有 393 家机构的 777 名授权签字人参加，初测 362 家 640 名授权签字人结果为“合格”。经补测，383 家 745 名授权签字人结果为“合格”，29 家 32 名授权签字人最终结果不合格，最终合格率 95.9%。另有 49 名缺考，其中 17 人因骨折、待分娩、肿瘤手术、授权签字人已申请变更等原因提交了书面说明，其余 32 人无故未参加。考核不合格和缺考情况详见附件 2。

三、能力验证结果处理要求

(一)在本次能力验证活动中初测和补测结果均“不合格”的检验检测机构，要认真分析原因并整改。整改期间，不得开展该项目的检验检测工作、不得向社会出具具有证明作用的数据和结果。整改应通过参加相应项目测量审核的方式完成，并于三个月内向能力验证项目实施单位提交整改和验证材料，经能力验证项目实施单位确认整改符合要求后，方可恢复该项目的检验检测。整改期间或者整改后技术能力仍不能符合资质认定条件和要求，并擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，将按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》相关规定处理。

(二)在本次能力验证活动中，“缺考”以及初测和补测结果均“不合格”的机动车检验机构授权签字人，要认真分析原因

并整改。整改期间，暂停该授权签字人报告签发资格。整改应通过重新参加授权签字人相关知识培训并考核合格，培训考核老师必须为我省机动车检验机构资质认定评审专家。所在机构应于本文件下发一个月内向能力验证项目实施单位提交整改和验证材料，经能力验证项目实施单位确认整改符合要求后，方可恢复该授权签字人报告签发资格。整改结束后仍无法持续符合授权签字人要求的，应主动申请注销授权签字人资格。

因待分娩、骨折、手术等原因确实无法参加考核的，应在本文件下发后，向能力验证项目实施单位提交有效的证明材料（如医院诊断证明、住院记录等），经确认后，可免除本次整改要求，统一参加下一轮机动车检验机构授权签字人考核。

四、下一步工作要求

各设区市、平潭综合实验区市场监管局要高度重视，加强对能力验证情况的监督管理。

（一）要高度重视能力提升工作。切实提高政治站位，不折不扣落实好省委、省政府有关部署要求，进一步提升我省检验检测能力和水平。要结合能力验证情况，重点加强对能力验证结果为“不合格”机构（授权签字人）的监管，防止有关机构（授权签字人）在未完成整改前出具该项目的检验检测报告。

（二）要督促指导整改工作。依据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》《福建省市场监管局关于加强对获得资质认定的检验检测机构监管的通知》，对能力验证结果为“不合格”的机构（或授权签字人所在机构）、定为

信用风险分类 D 类机构，督促指导及时按要求完成整改。对已无法持续符合授权签字人要求的人员所在机构实施重点监管，督促机构依法进行变更或注销手续。各设区市、平潭综合实验区市场监管局应于 2026 年 1 月 31 日前，将完成情况报省市场监管局。

(三)要深化监管服务并举。要加强与公安、生态环境等行业主管部门的对接合作与信息沟通，根据此次考核情况，结合“双随机、一公开”监督检查等监管手段，持续加强对考核不合格检验检测机构的重点监管。同时，要寓服务于监管，切实帮助机构提升能力水平。省市场监管局已召开能力验证结果技术分析会，并将联合省级相关部门开展行政约谈和指导，进行技术帮扶。各地可通过现场核查、实地指导等方式，帮助机构制定作业指导书，分析过程、人员、设备、管理的薄弱点，研究制定针对性改进措施，提高机构能力水平。

附件：1. 茶叶中铅、镉、砷、汞、铬含量的测定能力验证不合格情况
2. 机动车检验机构授权签字人考核不合格和缺考情况

福建省市场监督管理局

2025 年 12 月 27 日

(此件主动公开)

福建省市场监督管理局办公室

2025年12月27日印发

